

ACD-A SOLUSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

Tamamen kapalı bir sistemde ihtiyaç durumuna göre kullanıma hazır solusyon

- 1.
2. ACD-A Solusyon 500ml PVC ambalajda volüm olmalı
3. Solusyonun aktarılabilmesi için bir adet set girişi olmalıdır.
4. Solüsyona ilaç aktarabilmek için bir adet enjektör giriş olmalıdır.
5. PAKETLEME
 - a. Transparan ambalajda olmalıdır.
 - b. Torbalar paketler içerisinde katlanmamış, düz olarak yerleştirilmelidir.
 - c. Paketler karton koliler içerisinde teslim edilmelidir.
6. **SERTİFİKALAR**
 - a. **Set için:**
 - ✓ Kan Torbaları için CE belgesi olmalıdır,
 - ✓ Kan Torbaları için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası sistemine kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
 - İmalat Yeri için:**
 - ✓ Kan Torbalarının imal edildiği yer için ISO 13485:2003 kalite sistem yeterlilik belgeleri olmalıdır.